

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2022 年第 6 期（总第 12 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2022 年 10 月 10 日

2022 年 9 月 30 日，为切实做好实验室安全工作，学院副院长范成勇，实验室安全工作小组成员古丽君、黄文丽、张祖欣、马宝宏对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查。本次安全检查主要针对的重点内容是：**1. 易制毒药品的贮藏管理；2. 废液的存储是否规范；3. 冰箱等是否超期使用。**存在问题的实验室要求限期整改。

一、主要存在隐患和共性问题

1. 仪器使用完未及时拔出插头；
2. 废液桶未按要求置于托盘上；
3. 插线板置于试验台或地面，未悬挂固定；
4. 液氮罐未张贴警示标签；
5. 部分冰箱超期使用。

二、现场照片





碧野楼 4楼




碧野楼 301



碧野楼 301



碧野楼 315



逸夫生物楼 403



碧野楼 102



碧野楼 102

三、实验室问题清单

实验室房号	责任人	研究所	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	复查结果
逸夫生物楼 403	未丽	草类植物逆境生理与遗传改良研究所	插座老化	建议更换插板	10月7日	已整改
碧野楼 802	韩云华	草类植物育种与种子研究所	废液桶为放置于专用托盘上	建议底部放置专用托盘	10月7日	已整改
碧野楼 807	韩云华		配置溶液未放置于通风橱内	建议在溶液瓶身张贴标签并置于试剂架	10月7日	已整改
碧野楼 803	张吉宇 谢文刚		液氮罐上未张贴警示标志	建议贴警示标识	10月7日	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献		易制毒药品未存放在专用试剂柜中	建议存放置专用试剂柜	10月25日	尚未完成
碧野楼 301	方龙发 刘文献		插座老化	建议更换插座	10月7日	已整改
碧野楼 804	翁秀秀		反刍动物研究所	丙酮等易制毒药品未双锁	建议按易制毒药品双人双锁管理	10月7日
碧野楼 315	翁秀秀	液氮罐未放置警示区域内		建议将液氮罐置于警示区域内	10月7日	已整改
碧野楼 601	沈禹颖 杨倩	农区草业研究所	冰箱超年限使用	建议更换	10月25日	尚未完成
碧野楼 501	王静 吴淑娟	草业系统元素利用与管理研究所	冰箱超年限使用	建议更换	10月25日	尚未完成
碧野楼 401	侯扶江 常生华	草畜生产系统调控研究所	消防通道堆杂物	建议清理杂物	10月7日	已整改
碧野楼 F102	吴彩霞 高红娟	大型仪器平台	冰箱内放酸奶等食品	移出除药品外的杂物	10月7日	已整改
碧野楼 F102	吴彩霞 高红娟		硫酸未双锁	建议双人双锁按易制毒药品管理	10月7日	已整改